



**RICHTLIJN
BEWAKING VAN DE INWENDIGE ARTERIO-VENEUZE FISTEL**

1.2. Palpatie

Werkwijze

- Palpeer het shunttraject iedere dialyse voor de aanvang van de behandeling. Hierdoor kunnen veranderingen, zoals een stenose, opgemerkt worden.
- Indien zich een verandering voordoet onderneem dan actie: bijvoorbeeld een arteriële/veneuze drukmeting uitvoeren of contact opnemen met de nefroloog.
Een verandering kan bestaan uit:
 - Een verwijding
 - een deukje/kuiltje
 - een zwelling

Vastlegging

- - Noteer in het patiëntendossier de relevante gegevens